

- 本试剂盒用于体外定量检测组织、细胞及相关液体样本中植物赤霉素 3 (GA3) 的含量。
- 有效期：6 个月
- 保存条件：2-8℃

试剂盒组成：

名称	96 孔配置	48 孔配置	备注
微孔酶标板	12 孔×8 条	12 孔×4 条	无
标准品	0.3mL*6 管	0.3mL*6 管	无
样本稀释液	6mL	3mL	无
检测抗体-HRP	10mL	5mL	无
20×洗涤缓冲液	25mL	15mL	按说明书进行稀释
底物 A	6mL	3mL	无
底物 B	6mL	3mL	无
终止液	6mL	3mL	无
封板膜	2 张	2 张	无
说明书	1 份	1 份	无
自封袋	1 个	1 个	无

订购电话：021-54479081 QQ：1665197712 监督电话：13818158258

官方网址：www.shjning.com

备注：

1. (96T/48T) 打开包装后请及时检查所有物品是否齐全。
2. 标准品浓度依次为：120、60、30、15、7.5、3.75 pmol/L
3. 经过大量正常标本检验，标本的正常浓度值均在试剂盒提供的检测范围内，实验过程中直接取 50 μ L 样本上样即可。
当有部分样本值超过最大标准品浓度时，可用样本稀释液将标本进行适当稀释后再进行实验。

检测前准备工作：

1. 请提前 20 分钟从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
2. 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，属于正常现象；
放置室温，轻摇均匀，待结晶完全溶解后再配置洗涤液。
可将 20ml 浓缩洗涤液用蒸馏水或去离子水稀释配置成
400ml 工作浓度的洗涤液，未用完的放回 4 $^{\circ}$ C
3. 20 $\times$ 洗涤缓冲液的稀释：蒸馏水按 1 : 20 稀释，即 1 份 20 $\times$
洗涤缓冲液加 19 份蒸馏水。。

订购电话：021-54479081 QQ：1665197712 监督电话：13818158258

官方网址：www.shjning.com

实验原理：

试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验（ELISA）。往预先包被植物赤霉素 3（GA3）捕获抗体的包被微孔中，依次加入标本、标准品、HRP 标记的检测抗体，经过温育并彻底洗涤。用底物 TMB 显色，TMB 在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的植物赤霉素 3（GA3）呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），计算样品浓度。

实验所需自备试验器材：

1. 酶标仪（450nm）
2. 高精度加样器及枪头：0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL
3. 37℃恒温箱
4. 蒸馏水或去离子水

订购电话：021-54479081 QQ：1665197712 监督电话：13818158258

官方网址：www.shjning.com

能使用。

5. 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
6. 在储存和温育时避免强光直接照射。
7. 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
8. 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
9. 不能使用过期产品。
10. 如果可能传播疾病，所有的样品都应管理好，按照规定的程序处理样品和检测装置。

操作步骤：

1. 从室温平衡 60min 后的铝箔袋中取出所需板条，剩余板条用自封袋密封放回 4℃。

2. 设置标准品孔和样本孔，标准品孔各加不同浓度的标准品 50 μ L。

3. 样本孔中加入待测样本 50 μ L；空白孔不加。

订购电话：021-54479081 QQ：1665197712 监督电话：13818158258

官方网址：www.shjning.com

液槽。

3. 每次孵育时，请正确使用封板胶可保证结果的准确性。
4. 混合后的显色底物在上板前应为无色，请避光保存；假如微孔板后，将由物色变成不同深度的蓝色。
5. 终止液上板顺序应同显色底物上板顺序一致；加入终止液后，孔内颜色由蓝变黄；若孔内有绿色，则表明孔内液体未混匀；请充分混合。

说明：

1. 由于现有条件及科学技术水平尚不能对所有供货商提供的所有原料进行全面的鉴定与分析，本产品可能存在一定的质量技术风险。
2. 最终的实验结果与试剂的有效性、实验者的相关操作以及当时的实验环境密切相关，请务必准备充足的标本备份。
3. 不同批次的同一产品可能会有少许差别，如：检测限、灵敏度以及显色时间等，请依据试剂盒内说明书进行实验操作，网站电子版说明书仅作参考。
4. 只有全部使用本试剂盒配套试剂才能保证检测效果，不能

订购电话：021-54479081 QQ：1665197712 监督电话：13818158258

官方网址：www.shjning.com

混用其他制造商的产品。只有严格遵守本试剂盒的实验说明才会得到最佳的检测结果。

订购电话：021-54479081 QQ：1665197712 监督电话：13818158258

官方网址：www.shjning.com

订购电话：4008-358-458

021-54479081

传 真：021-54795560

电子邮箱：1665197712@qq.com

网 址：www.shjning.com

订购电话：021-54479081 QQ：1665197712 监督电话：13818158258

官方网址：www.shjning.com